

薬局構造設備概要仕様書

薬局の名称		所在地	
薬局の総面積 (19.8㎡以上)		調剤室の面積 (6.6㎡以上)	
調剤台の大きさ			
長さ m、幅 m、高さ m			
薬局の天井、側壁の材質		調剤室の天井、側壁の材質	
調剤室の床の材質		調剤室の床の材質	
冷暗貯蔵設備の概要図		鍵のかかる貯蔵設備の概要図	
調剤に必要な設備及び器具			
器具名		個数	
器具名		個数	
器具名		個数	
(イ) 液量器* ()		(チ) ビーカー* ()	
(ロ) 温度計(100度)* ()		(リ) ふるい器* ()	
(ハ) 水浴* ()		(ヌ) へら	
(ニ) 調剤台* ()		金属製* ()	
(ホ) 軟膏板* ()		角製等* ()	
(ヘ) 乳鉢(散剤用のもの)* ()		(ル) メスピペット* ()	
乳棒* ()		(ヲ) メスフラスコ又はメスシリンダー* ()	
(ト) はかり		(ワ) 薬匙	
感量 10mg* ()		金属製* ()	
感量 100mg* ()		角製等* ()	
(カ) ロート* ()			
(ヨ) <調剤に必要な書籍>			
(1) 日本薬局方及び解説			
(2) 薬事関係法規			
(3) 調剤技術			
(4) 取り扱い医薬品の添付文書			
□試験検査に必要な設備及び器具(薬局製剤製造業)			
器具名		個数	
器具名		個数	
器具名		個数	
(イ) 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置		(ホ) 薄層クロマトグラフ装置※	
(ロ) 試験検査台☆		(ヘ) 比重計又は振動式密度計	
(ハ) デシケーター		(ト) pH計※	
(ニ) はかり(感量1mgのもの)※		(チ) ブンゼンバーナー又はアルコールランプ	
(リ) 崩壊度試験器※		(ヌ) 融点測定器	
(ル) <試験検査に必要な書籍>		(1) 薬局製剤に関する書籍	

*については、同等以上の性質を有する設備及び器具に代える場合は、()に備える器具名を記載してください。

※については、県内にある厚生労働大臣の指定した検査機関を利用する場合は、設置が免除されます。

☆については、調剤台を検査台として用いることができます